



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۳۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۵.۶	۵.۲۵	۸.۰۵	۰.۸۴	۶.۷۵%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول