



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۱۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Glucose	۱۰۵	۱۱۰.۱۶	۴.۳۷	-۰.۷۸	۴.۶۹%	جزئیات
۲	Urea	۴۰	۴۴.۹۴	۷.۰۷	-۱.۹۳	۱۰.۹۹%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶.۸	۶.۱۷	۹.۳۳	۱.۳۲	۱۰.۱۷%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۲۳	۱.۲۷	۹.۰۳	-۰.۳۲	۲.۸۴%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۴۷	۱.۸۱	۱۲.۶۸	-۱.۲۵	۱۸.۷۸%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۰۵	۱.۱۱	۱۵.۰۳	-۰.۲۹	۵.۶۶%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۲	۱۵۷.۱۱	۴.۷۷	۰.۵۲	۳.۱۱%	جزئیات
۸	Triglyceride	۸۲	۸۸.۱۵	۹.۱۶	-۰.۹۲	۶.۹۸%	جزئیات
۹	HDL	۴۳	۴۶.۸۲	۱۰.۲۴	-۰.۶۸	۸.۱۵%	جزئیات
۱۰	LDL	۶۹	۷۳.۵۸	۸.۱۷	-۰.۴۱	۶.۲۲%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۵۴	۴.۲۹	۶.۰۲	۰.۹۸	۵.۸۸%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۳	۶.۳۲	۶.۷۸	-۰.۰۶	۰.۲۸%	جزئیات
۱۳	ALP	۲۶۵	۳۱۳.۸۵	۹.۱۹	-۱.۰۰	۱۵.۵۷%	جزئیات
۱۴	AST	۳۵	۳۳.۷۴	۸.۵۳	۰.۳۷	۳.۷۴%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۹	۳۹.۸۶	۸.۱۱	-۰.۲۲	۲.۱۶%	جزئیات
۱۶	CPK	۲۰۹	۲۰۲.۹۳	۸.۳۸	۰.۲۰	۲.۹۹%	جزئیات
۱۷	LDH	۴۰۸	۳۹۱.۰۴	۶.۴	۰.۵۴	۴.۳۴%	جزئیات
۱۸	Amylase	۷۹.۷	۹۰.۳۸	۶.۲۶	-۱.۰۳	۱۱.۸۲%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۰	۳۳.۲۹	۲۶.۱۲	-۰.۵۵	۹.۸۹%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۱	۴۶.۱۹	۹.۸۸	-۱.۰۲	۱۱.۲۴%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۲۱	Calcium	۹.۷	۹.۰۱	۳.۶۲	۱.۵۴	۷.۶۹%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۸	۴.۸۹	۶.۵۲	-۰.۲۳	۱.۸%	جزئیات
۲۳	Iron	۹۹	۱۰۱.۱۴	۸.۹۶	-۰.۱۸	۲.۱۲%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۸۶	۲۷۹.۸۲	۱۳.۷۷	۰.۱۵	۲.۲۱%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۳۹.۴	۱۳۹.۶۵	۱.۸۸	-۰.۰۹	۰.۱۸%	جزئیات
۲۶	Potassium	۴.۱۲	۳.۹۶	۲.۹۲	۱.۱۴	۴.۰۱%	جزئیات
۲۷	Lithium	۰.۹۵	۰.۹۲	۳.۴۹	۰.۲۶	۲.۹۳%	جزئیات
۲۸	Tf	۶.۶۸	۷.۰۴	۱۱.۱۸	-۰.۴۲	۵.۰۶%	جزئیات
۲۹	TSH	۱.۷۰	۱.۴۸	۱۰.۷۶	۱.۲۱	۱۴.۵۶%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۱۱.۱	۱۰.۳۹	۹.۷۹	۰.۶۸	۶.۸%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۲۸.۹	۲۵.۰۱	۱۳.۴۲	۱.۰۴	۱۵.۵۶%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول